



ZAŚWIAADCZENIE

CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ JAKOŚCI W DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ W ŁODZI

zaświadcza, że

MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE

NR: G1004D

ZDL Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM Dziecięcy Szpital Kliniczny

ul. Żwirki i Wigury 63A IIp.

02-091 Warszawa

w 2020 roku brało udział w Ogólnopolskim Programie Zewnętrznej Oceny w zakresie chemii klinicznej w ramach międzylaboratoryjnej oceny jakości badań i w 4 z 4 edycji programu, każda z użyciem 2 materiałów kontrolnych, poddało ocenie 26 z 28 analitów ocenianych w programie.

Laboratorium uzyskało w arkuszu nr 1 następujące oceny roczne:

ANALIT / EDYCJA	1. ZIMA	2. WIOSNA	3. LATO	4. JESIEŃ	OCENA ROCZNA
SÓD	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
POTAS	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
WAPŃ CAŁKOWITY	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
MAGNEZ	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
ŻELAZO	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
CHLOREK	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
FOSFORANY NIEORGANICZNE	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
OSMOLALNOŚĆ	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
BIAŁKO CAŁKOWITE	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
MOCZNIK	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
KREATYNINA	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
KWAS MOCZOWY	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
GLUKOZA	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
BILIRUBINA CAŁKOWITA	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
CHOLESTEROL	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
HDL-CHOLESTEROL	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
TRIGLICERYDY	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
AMINOTRANSFERAZA ASPARAGINIANOWA	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
AMINOTRANSFERAZA ALANINOWA	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
FOSFATAZA ALKALICZNA	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
AMYLAZA	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
FOSFATAZA KWAŚNA	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	N/O
KINAZA KREATYNOWA	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
GAMMAGLUTAMYLOTRANSFERAZA	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
DEHYDROGENAZA MLECZANOWA	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
LIPAZA	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
ALBUMINA	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
LIT	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	N/O

OBJAŚNIENIA

"+" - ocena pozytywna dla analitu w pojedynczej edycji;

"-" - brak oceny pozytywnej dla analitu w pojedynczej edycji;

Dla uzyskania oceny pozytywnej "+" dla analitu w edycji dwa wyniki muszą spełniać kryteria dopuszczalnego błędu (+) dla wyników w obu materiałach.

N/O - analit nie oznaczany / nie poddany ocenie (0 0);

Ocena roczna "bardzo dobra" - ocena pozytywna "+" uzyskana w czterech edycjach;

Ocena roczna "dobra" - ocena pozytywna "+" uzyskana w trzech edycjach;

Ocena roczna "zadowalająca" - ocena pozytywna "+" uzyskana w dwóch edycjach;

Ocena roczna "wątpliwa" - ocena pozytywna "+" uzyskana w jednej edycji;

Ocena roczna "negatywna" - ocena pozytywna "+" nie uzyskana w żadnej z czterech edycji;

B. Przybył-Hac

Dr n. med. Barbara Przybył-Hac

Dyrektor Centralnego Ośrodka Badań Jakości
w Diagnostyce Laboratoryjnej

Łódź, 10.12.2020 r.

Zaświadczenie zachowuje ważność od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź



ZAŚWIADCZENIE

CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ JAKOŚCI W DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ W ŁODZI

zaświadcza, że

MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE

NR: G1004D

ZDL Immunologii Klinicznej Wieków Rozwojowego

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM Dziecięcy Szpital Kliniczny

ul. Żwirki i Wigury 63A IIp.

02-091 Warszawa

w 2020 roku brało udział w Ogólnopolskim Programie Zewnętrznej Oceny w zakresie chemii klinicznej w ramach międzylaboratoryjnej oceny jakości badań i w 4 z 4 edycji programu, każda z użyciem 2 materiałów kontrolnych, poddało ocenie 24 z 28 analizowanych w programie.

Laboratorium uzyskało w arkuszu nr 2 następujące oceny roczne:

ANALIT / EDYCJA	1. ZIMA	2. WIOSNA	3. LATO	4. JESIEŃ	OCENA ROCZNA
SÓD	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
POTAS	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
WAPŃ CAŁKOWITY	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
MAGNEZ	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
ŻELAZO	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
CHLOREK	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
FOSFORANY NIEORGANICZNE	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
OSMOLALNOŚĆ	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	N/O
BIĄŁKO CAŁKOWITE	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
MOCZNIK	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
KREATYNINA	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
KWAS MOCZOWY	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
GLUKOZA	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
BILIRUBINA CAŁKOWITA	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
CHOLESTEROL	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
HDL-CHOLESTEROL	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
TRIGLICERYDY	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
AMINOTRANSFERAZA ASPARAGINIANOWA	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
AMINOTRANSFERAZA ALANINOWA	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
FOSFATAZA ALKALICZNA	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
AMYLAZA	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
FOSFATAZA KWAŚNA	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	N/O
KINAZA KREATYNOWA	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
GAMMA GLUTAMYLOTRANSFERAZA	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
DEHYDROGENAZA MLECZANOWA	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
LIPAZA	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	N/O
ALBUMINA	(++) +	(++) +	(++) +	(++) +	bardzo dobra
LIT	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	N/O

OBJAŚNIENIA

" + " - ocena pozytywna dla analitu w pojedynczej edycji;

" - " - brak oceny pozytywnej dla analitu w pojedynczej edycji;

Dla uzyskania oceny pozytywnej " + " dla analitu w edycji dwa wyniki muszą spełniać kryteria dopuszczalnego błędu (++) dla wyników w obu materiałach.

N/O - analit nie oznaczany / nie poddany ocenie (0 0);

Ocena roczna "bardzo dobra" - ocena pozytywna " + " uzyskana w czterech edycjach;

Ocena roczna "dobra" - ocena pozytywna " + " uzyskana w trzech edycjach;

Ocena roczna "zadowalająca" - ocena pozytywna " + " uzyskana w dwóch edycjach;

Ocena roczna "wątpliwa" - ocena pozytywna " + " uzyskana w jednej edycji;

Ocena roczna "negatywna" - ocena pozytywna " + " nie uzyskana w żadnej z czterech edycji;

B. Przybył-Hac

Dr n. med. Barbara Przybył-Hac
Dyrektor Centralnego Ośrodka Badań Jakości
w Diagnostyce Laboratoryjnej

Łódź, 10.12.2020 r.

Zaświadczenie zachowuje ważność od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź