



Z A Ś W I A D C Z E N I E

CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ JAKOŚCI W DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ W ŁODZI

zaświadcza, że

MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE

NR: G1004D

ZDL i Immunologii Klinicz. Wieków Rozwojowego
SP Dziecięcy Szpital Kliniczny w W-wie Szpital Pediatryczny
ul. Żwirki i Wigury 63A IIp.
02-091 Warszawa

w 2019 roku brało udział w Ogólnopolskim Programie Zewnętrznej Oceny w zakresie chemii klinicznej w ramach międzylaboratoryjnej oceny jakości badań i w 4 z 4 edycji programu, każda z użyciem 2 materiałów kontrolnych, poddało ocenie 26 z 27 analitów ocenianych w programie.

Laboratorium uzyskało w arkuszu nr 1 następujące oceny roczne:

ANALIT / EDYCJA	1. ZIMA	2. WIOSNA	3. LATO	4. JESIEŃ	OCENA ROCZNA
SÓD	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
POTAS	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
WAPŃ CAŁKOWITY	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
MAGNEZ	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
ŻELAZO	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
CHLORKI	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
FOSFORANY NIEORGANICZNE	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
OSMOLALNOŚĆ	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
BIAŁKO CAŁKOWITE	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
MOCZNIK	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
KREATYNINA	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
KWAS MOCZOWY	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
GLUKOZA	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
BILIRUBINA CAŁKOWITA	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
CHOLESTEROL	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
HDL-CHOLESTEROL	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
TRIGLICERYDY	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
AMINOTRANSFERAZA ASPARAGINIANOWA	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
AMINOTRANSFERAZA ALANINOWA	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
FOSFATAZA ALKALICZNA	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
AMYLAZA	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
FOSFATAZA KWAŚNA	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	N/O
KINAZA KREATYNOWA	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
GAMMAGLUTAMYLOTRASFERAZA	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
DEHYDROGENAZA MLECZANOWA	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
LIPAZA	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
ALBUMINA	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra

OBJAŚNIENIA

"+" - ocena pozytywna dla analitu w pojedynczej edycji;

"-" - brak oceny pozytywnej dla analitu w pojedynczej edycji;

Dla uzyskania oceny pozytywnej "+" dla analitu w edycji dwa wyniki muszą spełniać kryteria dopuszczalnego błędu (++) dla wyników w obu materiałach.

N/O - analit nie oznaczony / nie poddany ocenie (0 0);

Ocena roczna "bardzo dobra" - ocena pozytywna "+" uzyskana w czterech edycjach;

Ocena roczna "dobra" - ocena pozytywna "+" uzyskana w trzech edycjach;

Ocena roczna "zadowolająca" - ocena pozytywna "+" uzyskana w dwóch edycjach;

Ocena roczna "wątpliwa" - ocena pozytywna "+" uzyskana w jednej edycji;

Ocena roczna "negatywna" - ocena pozytywna "+" nie uzyskana w żadnej z czterech edycji;

Dr n. med. Barbara Przybył-Hac
Dyrektor Centralnego Ośrodka Badań Jakości
w Diagnostyce Laboratoryjnej

Łódź, 09.12.2019 r.

Zaświadczenie zachowuje ważność od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź