

# Z A Ś W I A D C Z E N I E

## CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ JAKOŚCI W DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ W ŁODZI

zaświadcza, że

**MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE NR: G1004D**

**ZDL i Immunologii Klinicz. Wiek. Rozwojowego**  
**SP Dziecięcy Szpital Kliniczny w W-wie Szpital Pediatryczny**  
**ul. Żwirki i Wigury 63A IIp.**  
**02-091 Warszawa**

w 2019 roku brało udział w Ogólnopolskim Programie Zewnętrznej Oceny w zakresie immunochemii poszerzonej w ramach międzylaboratoryjnej oceny jakości badań i w 2 z 2 edycji programu, każda z użyciem 2 materiałów kontrolnych, poddało ocenie 19 z 32 analitów ocenianych w programie. Laboratorium uzyskało w arkuszu nr 1 następujące oceny roczne:

ANALIT / EDYCJA	1.		OCENA ROCZNA	ANALIT / EDYCJA	1.		OCENA ROCZNA
	ZIMA	LATO			ZIMA	LATO	
Estradiol	(++)	(++)	bardzo dobra	AFP	(0/0) N/O	(0/0) N/O	N/O
FSH	(++)	(++)	bardzo dobra	CEA	(0/0) N/O	(0/0) N/O	N/O
TSH	(++)	(++)	bardzo dobra	CA 125	(0/0) N/O	(0/0) N/O	N/O
FT3	(+)	(++)	dobra	CA 15-3	(0/0) N/O	(0/0) N/O	N/O
T3	(0/0) N/O	(0/0) N/O	N/O	CA 19-9	(0/0) N/O	(0/0) N/O	N/O
FT4	(++)	(++)	bardzo dobra	PSA (Total)	(0/0) N/O	(0/0) N/O	N/O
T4	(0/0) N/O	(0/0) N/O	N/O	PSA (Free)	(0/0) N/O	(0/0) N/O	N/O
Hormon luteinizujący (LH)	(++)	(+)	dobra	Digoksyna	(0/0) N/O	(0/0) N/O	N/O
Hormon wzrostu (GH)	(++)	(++)	bardzo dobra	Fenytoina	(0/0) N/O	(0/0) N/O	N/O
HCG Total / BHCG	(++)	(++)	bardzo dobra	Karbamazepina	(++)	(++)	bardzo dobra
Kortyzol	(+)	(++)	dobra	Kwas foliowy	(-)	(++)	zadawalająca
Progesteron	(0/0) N/O	(+)	wątpliwa	Kwas walproinowy	(++)	(++)	bardzo dobra
Prolaktyna	(++)	(++)	bardzo dobra	Vit B12	(++)	(++)	bardzo dobra
Testosteron	(++)	(+)	dobra	Ferrytyna	(++)	(+)	dobra
Insulina	(++)	(+)	dobra	IgE całkowite	(0/0) N/O	(0/0) N/O	N/O
Parathormon (PTH)	(-)	(-)	negatywna	B-2-mikroglobulina	(0/0) N/O	(0/0) N/O	N/O

### OBJAŚNIENIA

"+" - ocena pozytywna dla analitu w pojedynczej edycji;

"-" - brak oceny pozytywnej dla analitu w pojedynczej edycji;

Dla uzyskania oceny pozytywnej "+" dla analitu w pojedynczej edycji dwa wyniki muszą spełniać kryteria dopuszczalnego błędu (db) w obu materiałach (++).

N/O - składnik nie oznaczany/ nie poddany ocenie (0 0);

Ocena roczna "bardzo dobra" - kryteria db dla pojedynczego wyniku spełnione w czterech materiałach;

Ocena roczna "dobra" - kryteria db dla pojedynczego wyniku spełnione w trzech materiałach;

Ocena roczna "zadawalająca" - kryteria db dla pojedynczego wyniku spełnione w dwóch materiałach;

Ocena roczna "wątpliwa" - kryteria db dla pojedynczego wyniku spełnione w jednym materiale;

Ocena roczna "negatywna" - kryteria db dla pojedynczego wyniku nie spełnione w żadnym z czterech materiałów;

*B. Przybył-Hac*

**Dr n. med. Barbara Przybył-Hac**

Dyrektor Centralnego Ośrodka Badań Jakości  
w Diagnostyce Laboratoryjnej

Łódź, 29.11.2019 r.

Zaświadczenie zachowuje ważność od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź