



Z A Ś W I A D C Z E N I E

CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ JAKOŚCI W DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ W ŁODZI

zaświadcza, że

MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE

NR: G1004D

ZDL Immunologii Klinicznej Wieków Rozwojowego

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM Dziecięcy Szpital Kliniczny

ul. Żwirki i Wigury 63A Iip.

02-091 Warszawa

w 2020 roku brało udział w Ogólnopolskim Programie Zewnętrznej Oceny w zakresie chemii klinicznej w ramach międzylaboratoryjnej oceny jakości badań i w 4 z 4 edycji programu, każda z użyciem 2 materiałów kontrolnych, poddało ocenie 24 z 28 analizów ocenianych w programie.

Laboratorium uzyskało w arkuszu nr 2 następujące oceny roczne:

ANALIT / EDYCJA	1. ZIMA	2. WIOSNA	3. LATO	4. JESIEŃ	OCENA ROCZNA
SÓD	(++)	(++)	(++)	(++)	bardzo dobra
POTAS	(++)	(++)	(++)	(++)	bardzo dobra
WAPŃ CAŁKOWITY	(++)	(++)	(++)	(++)	bardzo dobra
MAGNEZ	(++)	(++)	(++)	(++)	bardzo dobra
ŻELAZO	(++)	(++)	(++)	(++)	bardzo dobra
CHLOREK	(++)	(++)	(++)	(++)	bardzo dobra
FOSFORANY NIEORGANICZNE	(++)	(++)	(++)	(++)	bardzo dobra
OSMOLALNOŚĆ	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	N/O
BIAŁKO CAŁKOWITE	(++)	(++)	(++)	(++)	bardzo dobra
MOCZNIK	(++)	(++)	(++)	(++)	bardzo dobra
KREATYNINA	(++)	(++)	(++)	(++)	bardzo dobra
KWAS MOCZOWY	(++)	(++)	(++)	(++)	bardzo dobra
GLUKOZA	(++)	(++)	(++)	(++)	bardzo dobra
BILIRUBINA CAŁKOWITA	(++)	(++)	(++)	(++)	bardzo dobra
CHOLESTEROL	(++)	(++)	(++)	(++)	bardzo dobra
HDL-CHOLESTEROL	(++)	(++)	(++)	(++)	bardzo dobra
TRIGLICERYDY	(++)	(++)	(++)	(++)	bardzo dobra
AMINOTRANSFERAZA ASPARAGINIANOWA	(++)	(++)	(++)	(++)	bardzo dobra
AMINOTRANSFERAZA ALANINOWA	(++)	(++)	(++)	(++)	bardzo dobra
FOSFATAZA ALKALICZNA	(++)	(++)	(++)	(++)	bardzo dobra
AMYLAZA	(++)	(++)	(++)	(++)	bardzo dobra
FOSFATAZA KWAŚNA	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	N/O
KINAZA KREATYNOWA	(++)	(++)	(++)	(++)	bardzo dobra
GAMMA GLUTAMYLOTRANSFERAZA	(++)	(++)	(++)	(++)	bardzo dobra
DEHYDROGENAZA MLECZANOWA	(++)	(++)	(++)	(++)	bardzo dobra
LIPAZA	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	N/O
ALBUMINA	(++)	(++)	(++)	(++)	bardzo dobra
LIT	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	N/O

OBJAŚNIENIA

" + " - ocena pozytywna dla analitu w pojedynczej edycji;

" - " - brak oceny pozytywnej dla analitu w pojedynczej edycji;

Dla uzyskania oceny pozytywnej " + " dla analitu w edycji dwa wyniki muszą spełniać kryteria dopuszczalnego błędu (++) dla wyników w obu materiałach.

N/O - analit nie oznaczony / nie poddany ocenie (0 0);

Ocena roczna "bardzo dobra" - ocena pozytywna " + " uzyskana w czterech edycjach;

Ocena roczna "dobra" - ocena pozytywna " + " uzyskana w trzech edycjach;

Ocena roczna "zadowalająca" - ocena pozytywna " + " uzyskana w dwóch edycjach;

Ocena roczna "wątpliwa" - ocena pozytywna " + " uzyskana w jednej edycji;

Ocena roczna "negatywna" - ocena pozytywna " + " nie uzyskana w żadnej z czterech edycji;

Dr n. med. Barbara Przybył-Hac
Dyrektor Centralnego Ośrodka Badań Jakości
w Diagnostyce Laboratoryjnej

Łódź, 10.12.2020 r.

Zaświadczenie zachowuje ważność od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź